

(業務名称) コートジボワール国産米振興プロジェクトフェーズ2向け機材

(公告/公示日: 2022年 1月26日/公告番号: ED21011) について、以下のとおり回答いたします。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P.1	購入・輸送・機材リスト 機材番号1 絶対圧計 機材番号1-2 圧力計用ピトー管	以下、メーカーからのコメントを記します。 1-2. 圧力計用ピトー管は風速演算時に使用する製品です。 機材番号1の絶対圧計testo511と組み合わせて使用することは出来ません。 ピトー管の「機材用途」に「乾燥機試験の内部圧力測定に使用」とございますが、 ピトー管の仕様は演算で風速を測定する場合に使用しますのでピトー管自身が不要かと思えます。	機材番号1-2と組み合わせる機材番号1絶対圧計の参考銘柄①の型番を以下のとおり変更します。 【変更前】 メーカー名: testo 型番: 511 【変更後】 メーカー名: testo 型番: 440dP (マルチ環境計測器 (差圧センサ搭載)) 機材番号1-2. 上記の変更後機材に使用するため、圧力計用ピトー管は調達して下さい。 (参考銘柄の変更はしません。)