

## 質問回答書

(業務名称) インドネシア国微細藻類による二酸化炭素の固定と資源化によるエネルギーおよび食料資源の持続的生産システムの創出プロジェクト向け機材  
 (公告/公示日: 2024年11月15日/公告番号: 24a00631) について、以下のとおり回答いたします。

2024年12月10日

独立行政法人国際協力機構  
国際協力調達部次長 (契約担当)

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 11	機材仕様明細書 番号1 オープンポンド型バイ オリアクター	参考銘柄のメーカー名に「理仁」とありますが、正式名称で しょうか。また、同名の会社があつかありますが特定できる 情報を教えてください。	正式名称は株式会社理仁です。埼玉県坂戸市日の出町の企業 です。
2	P. 15	機材仕様明細書 番号5 高速液体クロマトグラ フ質量分析計	保証につきまして、メーカー標準の条件は機材現地据付完了後 12か月となりますので、ご変更をお願いいたします。	この機材の保証期間の記述に関し、「・保証について、保証 期間は現地据付完了後12か月とする。」に変更します。
3	P. 16	機材仕様明細書 番号5 高速液体クロマトグラ フ質量分析計	26)電源コードセットにつきまして、型式変更がございました で、以下の「新」の記載に変更をお願いいたします。 旧) 電源コードセット UC-975-N01 長さ:2.5m (6個/台) 新) コードセット, PHP-206S+PHS-301 長さ:2.4m (6個/台)	この機材の構成番号26) に関し、「コードセット, PHP- 206S+PHS-301 長さ:2.4m (6個/台)」に変更します。
4	P. 26	技師派遣条件書 2 業務内容	機材番号1につきまして、開梱も技師の所掌となっております が、木材梱包(木箱)の開梱は技師では対応できないため、技師 到着前までに開梱をお願いいたします。内箱の Karton の開梱 は技師にて対応致します。	木材梱包(木箱)の開梱は技師到着前までに開梱いたしますの で、設置場所では内箱の Karton の状態であることを想定し ています。

### 入札説明書の訂正

通番	該当頁	該当項目	訂正前	訂正後
1	P. 15	機材仕様明細書 番号5 高速液体クロマトグラ フ質量分析計	26) 電源コードセット UC-975-N01 長さ:2.5m (6個/台)	26) コードセット, PHP-206S+PHS-301 長さ:2.4m (6個/台)
2	P. 16	機材仕様明細書 番号5 高速液体クロマトグラ フ質量分析計	・保証について、保証期間は現地据付完了後12か月とメーカー 出荷後18か月のいずれか早い方とする。	・保証について、保証期間は現地据付完了後12か月とする。