

質問回答書

2025年9月22日

(業務名称) ウクライナ国メンタルヘルスケア・がん治療にかかる基礎情報収集・確認調査向け機材
(公告/公示日：2025年9月12日／公告番号：25a00196) について、以下のとおり質問いたします。

独立行政法人国際協力機構

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P. 4 P. 19 P. 23	入札説明書 12入札方法等 (2) 輸送条件書【船積渡し】 (8)② 輸送条件書【仕向地渡し】 (8)②	入札説明書には「輸入通関は相手国政府の責任と費用負担」とある一方、輸送条件書には「通常の通関に必要な日数にかかる保管料は受注者の負担とする」とあり、齟齬が見受けられますので、通関に関する責任および費用負担の範囲についてご確認いただけますでしょうか。	輸送条件書1業務内容「(5)輸出通関手続き」を「(5) 輸出入通関手続き」に訂正します。よって、輸入通関手続きおよびそれにかかる費用は受注者の負担となります。通常の通関に必要な日数にかかる保管料についても、輸送条件書記載の通り、受注者の負担となります。
2	P. 23	輸送条件書	機材番号1. CTシミュレーターの設置予定階をご教示ください。	設置予定階は1階となります。
3	P. 23	輸送条件書	搬入経路に関し、搬入寸法および床の強度についてご確認をお願いいたします。 ご参考までに、参考銘柄における搬入経路のサイズ条件を記します。 ガントリー搬入最小開口：W1080×H1980mm キャスター回転時の寸法：W1037×L3576×H1952mm	搬入寸法に関しては、供与対象施設から手書きの設置箇所のフロアプランを入手しており、そのフロアプラン内に記載されている寸法上ではガントリー搬入、キャスター旋回時とも対応できる搬入寸法が確保されています。 床強度については、少なくとも2,000kgの耐荷重が確保されています。
4	P. 26	技師派遣条件書	機材番号1. CTシミュレーターの設置にあたり「1. 設置スペースと床構造 2. 電源要件 3. 空調・除湿 4. 搬入条件 5. 遮蔽・X線防護 6. 電気・設備工事」等諸条件を満たしていただく必要がありますが、落札後に受注者から提示される具体的な要件を、ユーザー側の責任および費用負担にて、機材搬入までに整備いただくという理解で相違ございませんでしょうか。 ご参考までに、参考銘柄における日本国内ユーザーに提示する設置仕様図を添付いたします。	各設置スペースと床構造、電気、空調、情報システムの接続等の設備要件についてCTシミュレーターの運用の条件を既に供与対象施設には提示しており、その要件通りに環境が整っていることを確認しました。また、設備要件について、機材調達契約後、新たに整備等の対応が必要な場合には供与対象病院の負担で整備します。
5	1/29	入札説明書 3・(1)取引条件	船積み渡しは日本国内の国際空港での発注者による検査合格後、受注者は支払いを受けられるという理解でよいか	船積前に実施する検査に合格後、発注者は受注者に合格通知を発出します。受注者は検査合格通知を受けて梱包および輸送を開始ください。受注者は船積書類を発注者に提出後、発注者に対し、機材費および梱包・輸送費の9割を上限に請求可能となります。機材費および梱包・輸送費の1割は、技師派遣業務完了時の検査合格後に、技師派遣費用と併せて請求可能です。
6	1/29	入札説明書 3・(5)納入期限 インジェクター装置（本体）	納期が3カ月、それから航空輸送を想定しているので納入期限を3.5カ月にしてほしい	緊急案件のため、納入期限の延長はいたしません。 インジェクター装置（本体）は船積渡しのため、日本国内の受発注者にて事前に合意した場所にて発注者による数量、銘柄、仕様等の確認を受けた後、受注者が航空輸送の手配を行い、発注者が輸送書類を受け取り検査に合格した時に、発注者への契約物品の引渡を完了したものとし、この時が納入期限となります。
7	8/29	手続き・締切日時一覧 2・質問受付期限	メーカーからの回答が来ない確認事項があるので、追加で質問を認めてほしい	緊急案件のため、質問期限の延長または、追加での質問受付はできかねます。
8	10/29	機材仕様明細書 番号0 総則12	工場出荷前検査はオンラインでも梱包後のものしか立ち会えない可能性があるが、その場合には構成品を先方で写真撮影したもので代用可能か	やむを得ず梱包後検査となる構成機材については、梱包前にメーカー側で写真撮影したもので検査を実施することを認めます。ただし、各機材の銘板に記載された型番（品番）、シリアル番号がわかるように撮影し、オンライン検査時に梱包後の箱のシリアル番号表記と一致していることを確認するなど、梱包前後で同一のものであることを証明できるようにして下さい。また、全構成機材の型番（品番）、シリアル番号、状態、員数を記録したチェックリストを提出して下さい。 他方、工場出荷前検査では、各構成品の外観や員数の確認だけでなく起動検査や負荷試験検査等の動作試験を実施し、問題がなかったことを記録した検査成績書に相当する書類を提出して下さい。ただし動作試験への受注者の立ち合いが困難な場合は、立ち会わずメーカー主体で実施することを認めます。

通番	該当頁	項目	質問	回答
9	10/29	機材仕様明細書 番号0 総則16	根本杏林堂殿は本件に関してウクライナもしくは近隣国からのアフターセールスサービスのサポートが難しいとの事。台湾でのサポートを認めてほしい	参考銘柄のメーカーは現地での代理店によるアフターセールスサービスの対応が可能であり、台湾でのサポートは認めません。
10	14/29	番号2 インジェクター装置 <消耗品>	要求は1,000セットとなっているが、メーカー殿の最低発注単位は3,000セットとなっている。3,000セットに統一してほしい	インジェクター装置の消耗品数量は変更いたしません。
11	26/29	技師派遣条件書 1 対象機材	機材番号2 インジェクター装置の据え付け、トレーニングは不要という理解でよいか	インジェクター装置の据付・トレーニングは不要です。
12	26/29	技師派遣条件書 2 業務内容	現地代理店から見積もりを取るにあたり、現在改装中のCTシミュレーター用の部屋の詳細図面がほしい	正確な図面がなく、またセキュリティの観点から図面を開示することができません。参考図面は契約後受注者に開示いたします。参考として、設置室の広さは32.3平米（うち操作室6.4平米）程度となります。 CTシミュレーターを設置する部屋は適切な広さ、床状況、壁状況、搬入経路であるとの想定で積算してください。
説明書の訂正				
通番	該当頁	項目	訂正前	訂正後
13	18/29	輸送条件書【船積渡し】 1 業務内容（5）	（5）輸出通関手続き	（5）輸出入通関手続き
	19/29	2 輸送条件（8）	（8）発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項 ①相手国における輸入通関手続き 受注者は荷受人の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること	（8）発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項 ①相手国における輸入通関手続き 発注者は受注者の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること
14	22/29	輸送条件書【仕向地渡し】 （5）輸出通関手続き	（5）輸出通関手続き	（5）輸出入通関手続き
	23/29	（8）発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項	（8）発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項 ①相手国における輸入通関手続き 受注者は荷受人の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること	（8）発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項 ①相手国における輸入通関手続き 発注者は受注者の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること