

質問回答書

業務名称：ニカラグア国水銀分析能力強化プロジェクト向け機材

(公告日：2026年2月6日 調達管理番号：25a00892) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	N/A	検査	機材調達契約約款（検査）第7条に基づく検査につきまして、メーカーの日本国内工場からの出荷前に、当該国内工場において実施することは可能でしょうか。	<p>機材調達契約約款（検査）第7条に基づく検査とは、船積み前に実施する検査と理解いたしました。</p> <p>船積み前に実施する検査については、機材調達契約書第3条にて、「受注者は、契約物品をあらかじめ発注者と合意した場所へ搬入し、発注者による数量、銘柄、仕様等の確認を受ける。」としているため、発注者と合意の上で、メーカー様の国内工場において実施することが可能です。検査の際は、発注者または発注者が任命した検査員が、同工場内に入り検査いたします。</p> <p>また、船積み前に実施する検査は、メーカー様側にて実施する工場出荷前検査とは別になりますので、ご注意ください。</p> <p>「調達機材契約約款」「機材調達契約書」：下記リンク先よりご参照下さい。</p> <p>様式 一般競争入札（海外向け機材） JICAについて - JICA</p>
2	P. 17/19～19/19	技師派遣条件書	据付場所の情報（施設名・住所）を開示できる範囲で教えてください。	<p>据付場所の情報は以下の通りです。</p> <p>名称：Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA/UNAN-Managua)</p> <p>住所：Managua, Nicaragua. Hospital Monte España 300 metros al norte</p>
3	P. 14/19～16/19	輸送条件書	マイアミ経由での輸送を想定しています。アメリカ国とニカラグア国の関係性を鑑み、アメリカ国を経由して輸送はできないなど、何か制約をご存じであればご教授ください。	ニカラグア国の現地の状況として、輸入品の多くが米国から入って来ております。そうした現状も踏まえて、特段の制約は無いと考えます。