

【調達監理番号：21a00406】国際緊急援助隊医療チーム携行資機材（高度医療機器）の購入  
 （公告/公示日：2021年6月22日/調達管理番号21a00406）について、以下のとおり回答いたします。

独立行政法人国際協力機構  
 調達・派遣業務部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P. 14	3. 酸素濃縮器	下記項目につきまして、「定常流なし」でも参加は可能でしょうか。 ① 定常流1L⇒定常流なし シンプリーゴーミニには定常流はなく、シンプリーゴーには定常流があります。	「定常流なし」で参加可能です。
2	P. 14	3. 酸素濃縮器	酸素3L に相当（同期式）定常流1Lと記載がありますが、ご指定頂いているシンプリーゴーミニは酸素3L に相当（同調式）ですが定常流1L の機能はございません。仕様書の誤記載になりますでしょうか？	「定常流なし」とします。
3	P. 14	3. 酸素濃縮器	下記項目につきまして、「4. 5時間」でも参加は可能でしょうか。 ② 標準バッテリー4. 6時間⇒4. 5時間 カタログ上では4. 5時間になっています。	標準バッテリー4.5時間とします。
4	P. 14	3番 酸素濃縮器	銘柄指定「シンプリーゴーミニ」に関し、メーカーへ連絡致しましたところ、応札予定の特定の1社にのみ見積もりを行い、左記以外の他社へは見積りは行わない旨の回答でした。 上述の通りであれば、特定の1社のみしか応札できないため、当該機材を本入札から除外頂きたいようお願い申し上げます。  もしくは、下記を同等品として認めて頂きたいようお願い申し上げます。  Care Inc. : ケアサンソ Free Style 酸素最大5L/min、最小1L/min(同調モードへ対応) 標準バッテリーにて6時間30分稼働 鼻カヌラ使用 重量2.2kg ※その他、詳細は別添のカタログをご参照願います。	メーカーへ確認したところ特定の1社のみに見積りを行っていることはなく、基本的には幅広く見積りを出しているとのことです。そのため、「シンプリーゴーミニ」を銘柄指定とします。
5	P. 14	シリンジポンプ	「機材仕様細明細書」を確認させて頂きましたところ、テルフュージョンシリンジポンプ「35型 TE-382」と記載がございましたが「38型TE-382」のお間違いではないでしょうか。	正しくは「38型TE-382」であることを確認しました。
6	P. 14	5番 シリンジポンプ	銘柄指定「テルフュージョンシリンジポンプ35型TE-382」に関し、メーカーへ確認致しましたところ、現在、供給が不安定であるため、以下の安定して供給ができて且つ銘柄指定品の仕様を満たす以下の後継機種を認めて頂きたいようお願い申し上げます。  テルモ : テルフュージョンシリンジポンプSS型TE-SS835N	以前より後継機種について、検討をしておりましたが、銘柄指定の機種のみとさせていただきます。
7	P. 15	7番 手術用ヘッドライト	銘柄指定「OPELA Ⅲ」に関し、太陽商事株式会社にお問い合わせを行いましたところ、応札予定の特定の1社にのみ見積もりを行い、左記以外の他社へは見積りは行わない旨の回答でした。 上述の通りであれば、特定の1社のみしか応札できないため、当該機材を本入札から除外頂きたいようお願い申し上げます。  もしくは、下記を同等品として認めて頂きたいようお願い申し上げます。  ステーレ社製 Stille Visi XLT-225 <a href="https://www.gadeliusmedical.com/ja/products/Surgical/headlight.html">https://www.gadeliusmedical.com/ja/products/Surgical/headlight.html</a>	メーカーへ確認したところ特定の1社のみに見積りを行っていることはなく、基本的には幅広く見積りを出しているとのことです。そのため、「OPELAⅢ」を銘柄指定とします。