

【調達監理番号：21a00669】国際緊急援助隊医療チーム向け携行資機材（医療用テント）の調達

（公告/公示日：2021年9月7日／調達管理番号21a00669）について、以下のとおり回答いたします。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	第2	6. その他	4トントラックと記載がありますが、10トントラックでも問題ないでしょうか。	10トントラックで問題ありません。
2	第2	別紙 機材仕様明細書 番号 0	7 安全データシートがない場合は提出は不要でしょうか。	化学物質および化学物質を含む混合物が使用されているもののみの提出で問題ありません。
3	第2	別紙 機材仕様明細書 番号 1	（気柱）厚み0.52mmは設計値のため公差±10%を許容ください。	公差±10%で問題ありません。
4	第2	別紙 機材仕様明細書 番号 1	（天幕・床）天幕に用いるターポリンの厚み0.32mmは設計値のため公差±10%許容ください。	公差±10%で問題ありません。
5	第2	別紙 機材仕様明細書 番号 1	（天幕・床）床に用いるターポリンの厚み0.50mmは設計値のため公差±10%許容ください。	公差±10%で問題ありません。
6			今回の案件について技術提案書は不要との認識ですが、よろしいでしょうか。	御理解のとおり技術提案書は不要です。