

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書1)

カンボジア国 分娩時及び新生児期を中心とした母子継続ケア改善プロジェクト

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
0	総則	(総則)		
	General	<p>1. 中古品は認めない。</p> <p>2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中心値として、±10%以内の許容範囲で変動を認める。</p> <p>3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hzであること。但し、各機材の仕様欄に、電源仕様の記載がある場合にはそれに従うこと。</p> <p>4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に係わらず、機材を正常に稼働させるために必要とされる資機材(電源ケーブル、変換プラグ、電圧変換器、等)は、当該機材に付属して納入すること。電源ケーブルの長さは、電源ケーブルが当該機材に標準付属品あるいは特別付属品として存在している場合、および他に特別に記載がある場合を除き、単相電源用については「1.5m」とする。</p> <p>5. 単相の電源プラグタイプは、AまたはCタイプであること。納入機材の電源プラグが指定のタイプに出来ない場合は、変換プラグの使用を認める。</p> <p>6. メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品すること。</p> <p>7. 機材を設置し、同機材が正常に稼働するために必要な資機材(据え付け部材、電源ケーブルなど)は、仕様欄に記載がなくとも納品すること。</p>		

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書1)

カンボジア国 分娩時及び新生児期を中心とした母子継続ケア改善プロジェクト

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
1	赤外線サーモグラフィ	(仕様) 検出器：非冷却マイクロカメラ		
	Infrared Thermogr	検出器画素数：320×240画素以上		
		可視画像表示解像度：500万画素以上		
		測定波長域：8μm～14μmを含むより広い範囲		
		測定温度範囲：-20℃～120℃を含むより広い範囲		
		温度分解能：0.04℃以下		
		温度精度：±2℃以内、または±2%以内		
		視野角(H)：24°～42°程度		
		瞬時視野角：視野角24°の場合；1.31mrad以下		
		視野角42°の場合；2.41mrad以下		
		カメラフレームレート：8Hz以上		
		デジタルズーム：1倍～4倍以上、連続		
		測定距離：15cm以下～無限長		
		フォーカス：自動および手動		
		ディスプレイ：カラー液晶、3.5インチ以上、640×480以上		
		画像モード：赤外線、可視、ビクチャー・イン・ビクチャーを含むこと		
		カラーパレット：6種類以上		
		温度測定：スポット		
		アラーム：設定温度上限を含むこと		
		記録媒体：SDカード		
		データ記録：		
		静止画（温度データ付、可視画像同時記録可）		
		外部インターフェース：USB（2.0以上）、ビデオ出力		
		保護構造：IP54相当以上		
		電源：再充電可能バッテリーおよびAC電源		

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書1)

カンボジア国 分娩時及び新生児期を中心とした母子継続ケア改善プロジェクト

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
1	赤外線サーモグラフィ	AC電源 ; AC220V、50Hz、単相 (対応)		
	つづき	ブラケット ; AまたはC		
		バッテリー駆動時間 : 2,5時間程度以上		
		付属品 : バッテリー充電器用ACアダプタ (1個/台)		
		カメラ用AC電源ケーブルまたはACアダプタ (1個/台)		
		バッテリー充電器 (1個/台)		
		再充電可能バッテリー		
		(2個/台 (現用1個、予備1個))		
		キャリングケース (1個/台)		
		SDカード (1枚/台)		
		USBケーブル (PC接続用) (1本/台)		
		ハンドストラップまたはグリップベルト (1個/台)		
		英文取扱説明書 (紙版、機材同梱用、1部/台)		
		英文取扱説明書 (紙版、JICA本部提出用、1部)		
		英文取扱説明書		
		(紙版、機材同梱プロジェクト用、1部)		
		参考銘柄 ① E75 (42) 「輸出貿易管理令該当品」	FLIR	
		E75 (42)		3
		標準付属品:		
		ACアダプタ (バッテリー充電用) (1個/台)		
		ACアダプタ (カメラ用) (1個/台)		
		バッテリー (2個/台 (現用1個、予備1個))		
		バッテリー充電器 (1個/台)		

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)

カンボジア国 分娩時及び新生児期を中心とした母子継続ケア改善プロジェクト

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
1	赤外線サーモグラフィ	キャリングケース (1個/台)		
	つづき	レンズキャップ (1個/台)		
		SDカード (1枚/台)		
		レンズキャップストラップ (1個/台)		
		ケーブル (USB2.0A/USB Type C、1m) (1本/台)		
		ケーブル (USB Type C/HDMI、1m) (1本/台)		
		ケーブル (USB Type C/USB Type C、1m) (1本/台)		
		ストラップ取付ネジ (1本/台)		
		トルクレンチ (1本/台)		
		前面保護カバー (1個/台)		
		前面保護カバー用留具 (1個/台)		
		ハンドストラップブラケット (2個/台)		
		ストラップ (リスト、バッテリー充電器、カメラ用) (各1本/台)		
		和文取扱説明書DVD (1枚/台)		
		英文取扱説明書 (紙版、機材同梱用) (1部/台)		
		特別付属品:		
		英文取扱説明書 (紙版、JICA本部提出用)		1
		英文取扱説明書 (紙版、機材同梱プロジェクト用)		1
		参考銘柄 ② R450-D	日本アビオクス	
		R450-D 本体		3
		標準付属品:		
		キャリングケース (1個/台)		
		SDカード (1枚/台)		

