


通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 1, 26	取引条件と技師派遣条件	取引条件が「船積渡し」となっているが、技師派遣条件書では3品目(2-1, 2-2 & 2-4)の「開梱・検収、据付・調整、動作検証、操作・保守指導」が入っている。技師派遣料は着地空港までの航空運賃を含む船積渡し条件の入札金額に含んで合計で提示すればいいのか？	入札説明書P6にある通り、技師派遣条件書に基づく技師派遣にかかる費用も含めて入札金額をご提示ください。
2	P. 2	機材仕様明細書 0総則 (総則) 5. 単相のプラグタイプは、Cタイプであること。	機材番号1、冷凍機付きインキュベーターについて、当製品を使用する際、アースが必要なため、Cプラグ(丸ピン)にアース(穴)の付いたタイプのコンセントでの納入を予定しております。現地のコンセントにアース極(凸)が付いているかご確認願います。参照図面添付。	現地のコンセントは、Cプラグにアースが付いた形状です。
	P. 13	電源：220V、50Hz、単相 プラグ：Cタイプ	プラグの形状を「Fタイプ(Cタイプにアースピンが付属したもの)」へご変更ください。本機材はアース極を備えたコンセントにつなぐ必要があるため、CタイプではなくFタイプが必要となります。また、仕様想定場所のコンセントがFタイプのものになっているかをご確認頂きたくお願い致します(アース極が無いコンセントにつないでの本機材の使用は不可とのこと、PHC様から伺っております)。	
3	P. 13	和文取扱説明書 (1部/台)	本要求を削除頂くようお願い致します。PHC様によると、MIR-154-PEに和文取扱説明書は存在しないとのこと。	「和文取扱説明書(1部/台)」を削除します。
4	P. 14	観察用接眼レンズ WHN10× (2個組/台)	オリンパス様によると、本製品の数量は「1個/台」が正しいとのこと(WHN10Xとその下に記載のあるWHN10x-Hを、1台につき1つずつ使用するそうです)。数量の確認をお願い致します。	参考銘柄①の標準付属品の構成のうち、接眼レンズを以下のとおり変更します。 (変更前) 観察用接眼レンズ WHN10× (2個組/台) ヘリコイド付き接眼レンズ WHN10×-H (1個/台) (変更後) 観察用接眼レンズ WHN10× (1個組/台)
	P. 14	2-1 システム生物顕微鏡 参考銘柄①BX43 (オリンパス) 観察用接眼レンズ WHN10x (2個組/台)	本件、2個組/台とありますが、オリンパス様によると、『「観察用接眼レンズ」と(その下に表記のある)「ヘリコイド付き接眼レンズ」を1台で1つずつ使用致します(2台で合わせて計4つ)』とのこと(1個/台)の誤りではないでしょうか？	
5	P. 20	2-5 ノートパソコン	参考銘柄②の HP Zbook 15 G6は、後継機である G7に変わっているが、G7の供給でよろしいか？	参考銘柄②の型番を以下のとおり変更します。 (変更前) 参考銘柄② HP ZBook 15 G6 スタンダードモデル 1台 (変更後) 参考銘柄② HP ZBook fury15 G7 スタンダードモデル 1台
	P. 21	HP ZBook 15 G6 スタンダードモデル	本製品を参考銘柄から除いてください。下記の公式ホームページによると、本製品は既に生産終了しております。 https://jp.ext.hp.com/workstations/zbook15g6/	
6	P. 20	電源：220V、50Hz、単相 プラグ：Cタイプ	ACアダプターのプラグの事と存じますが、USB Type Cではなく、下記の画像のような2ピンタイプのプラグとの理解で宜しいでしょうか。 	ご理解のとおりです。
7	P. 21	生糸検査成績表	本要求事項である「生糸検査成績表」とは、碓氷製糸様より発行される「工場検査証」のこととお間違いないでしょうか。碓氷製糸様によるとこの書類しか無いとのことですが、念のためご確認ください。	銘柄指定メーカーが一般財団法人 大日本蚕糸会に検査を依頼し、同財団が発行する「依頼検査成績書」を提出してください。
8	P. 23	●航空輸送梱包 (4)	機材番号1「冷凍機付きインキュベーター」の梱包につき、PHC様によると通常航空輸送の場合は「スキッドの上に段ボール箱を被せてバンドでスキッドと固定する仕様」とのことです。総重量が50kgを上回るのですが、その場合でも、海上輸送用梱包の条件に基づく合板密閉梱包または木材梱包ではなく、PHC様の航空輸送用標準梱包で宜しいでしょうか。参考資料として荷姿の写真を添付致します。	入札説明書P24にある通り、合板密閉梱包又は木材梱包としてください。
9	P. 24	2 輸送条件 (4) 業務の範囲	「到着地空港における荷卸しまで」の定義は、「貨物を航空機から降ろし、到着地空港の保税蔵置場に運び込む」までとの理解で宜しいでしょうか。もし異なる場合、「荷卸し」の定義をご説明頂きたくお願い致します。	ご理解の通りです。
10	P. 25	航空輸送の場合、原則として出発予定日の14営業日前までに①②③④を提出のこと	①の記載が無いようですが、「航空輸送：Air Waybill」との認識で宜しいでしょうか。その場合ですが、航空輸送会社様によると、出発予定日の14営業日前にAir Waybillが発行されることは特別な例を除き無いとのことですので、Air Waybillの提出については14営業日前で無くても問題ないことをご確認ください。	「航空輸送：Air Waybill」が①となります。Air Waybillの提出については、14日前でなくても問題はありません。遅滞なく提出してください。
11	P. 26~P28	技師派遣条件書	専門技師による設置・調整、初期操作・保守トレーニングに関し、予め設置先の正式な組織名、住所の情報の提供をお願い致します。	組織名：UZBEKIPAKSANOAT 住所：1A, Ismoil Ota Street, Mirzo Ulugbek District, Tashkent, 100170, UZBEKISTAN