

質問回答 案件名：ケニア国アフリカ型イノベーション振興・JKUAT/PAU/AUネットワークプロジェクト（フェーズ2）向け機材
 本件入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

回答日：2021年8月17日

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P19, P20	機材仕様書明細書 機材番号 5 機材名 ロボットアーム 参考銘柄参考銘柄 ① UR-5e /ユニバーサルロボット	船積み港を南アフリカ以外どこでも良しと認めていただけますでしょうか。	船積港について、輸送条件書に指定している南アフリカ以外の船積港を認めます。
2	P19, P20	機材仕様書明細書 機材番号 5 機材名 ロボットアーム 参考銘柄 ② KR AGILUS/ KUKA	メーカーより以下説明を受けております。トレーニングは、基本的に、弊社横浜のテクニカルセンターで実施、直接弊社にお越しいただいた上で、世界のKUKAグループで共有のコース内容で、日本語で、のみ対応をしております。今回のケニア国の大学様向けに、日本語が理解できる方対象に、日本国内で10—17時間の時間帯に限定してオンラインで、特別に実施するものでございます。こちらの条件で宜しいでしょうか。	オンラインによる実施について、日本時間10時-17時の場合、ケニア時間早朝4時-11時となります。受講時はロボットアームの実機が手元にあったほうが良いと考えますので、ケニア時間8:30~11:00(日本時間14:30~17:00)で講習を検討願います。
3	P20, P21	機材仕様書明細書 機材番号 6 機材名 超音波カッター 参考銘柄①Z0-95 / エコテック	特別付属品について、Square blade HA08、Long blade 25mm HZ10のモデル名がそれぞれSquare blade ZH41、Long blade 25mm ZH42と品番が変更となっております。仕様は変わりませんので新たな品番への変更をお願いします。また、Saw blade ZH37は製造中止につき、削除願います。	(1) ご質問の特別付属品の型式を以下の通り変更します 【変更前】 Square blade HA08 Long blade 25mm HZ10 【変更後】 Square blade ZH41 Long blade 25mm ZH42 (2) 特別付属品のうち、以下のアイテムを削除します。 【変更前】 Saw blade ZH37 【変更後】 Saw blade ZH37 (削除)

4	P. 27	231マルチリペアリングワークステーション 参考銘柄② WXR 3033マルチリペアステーション	メーカーの代理店によると、WXR3033というモデルは存在しないとのこと。"WXR3030"であれば仕様に適合するとのことですので、ご確認をお願いいたします。	(1)参考銘柄②の型式を以下の通り変更します。 【変更前】 参考銘柄② WXR 3033マルチリペアステーション WXR 3033マルチリペアステーション 【変更後】 参考銘柄② WXR 3030マルチリペアステーション WXR 3030マルチリペアステーション (2)参考銘柄② WXR 3030マルチリペアステーションの特別付属品「Filter tube DXV 80(5)」は、構成品のうち、WXDP120ハンダ吸取りゴテセットの内訳に記載されているフィルター-D17(WXDP120用フィルター-10個入り)と重複しているため、削除します。 【変更前】 参考銘柄② WXR 3033マルチリペアステーション 特別付属品 : Filter tube DXV 80(5) 【変更後】 参考銘柄② WXR 3030マルチリペアステーション 特別付属品 : Filter tube DXV 80(5) (削除)
5	P34、P35	機材仕様書明細書 機材番号23 機材名 マルチリペアリングワークステーション 参考銘柄 ② WXR 3033マルチリペアステーション / Weller	機材仕様書明細書上、参考銘柄②WXR 3033リペアステーションと記載されておりますが、代理店よりWXR 3033はWellerには存在しない型番との説明を受けております。セット内容からWXR 3030 リペアステーションをご提案させていただきますので、カタログ及び仕様書をご確認願います。仕様は満たしております。	通番4の回答を参照ください。
6	P35	参考銘柄 WXR3033 マルチリペアステーション	メーカーのカタログによると型番WXR3031/3032はありますが、調達要求品のWXR3033の型番が見当たりません。型番に間違いはございませんでしょうか。	通番4の回答を参照ください。
7	P37、P38	機材仕様書明細書 機材番号24 機材名 ステレオマイクロスコープ 参考銘柄①SMZ800N PB-GUS2/ ニコン	参考銘柄①としてNIKON SMZ800N PB-GUS2が選定されておりますが、こちらは平行光学系となります。代替案として、参考銘柄②と同様の内斜光学系のNIKON SMZ745をご提案させていただきます。こちらのモデルについても要求仕様は満たしております。製品カタログ、仕様書を添付しますのでご確認願います。スタンドはポールタイプのP-PS32プレーンスタンドをご提案いたしますので、合わせてご確認をお願いいたします。また、特別付属品にG-US2ユニバーサルスタンドが要求されておりますが、要求仕様ではスタンド：ユニバーサル若しくはポールタイプとなっておりますので、ポールタイプをご提案させていただきます。	ご提案のNIKON社の「SMZ745」「P-PS32プレーンスタンド」を認めます。

8	P. 40	<p>機材仕様書明細書 機材番号26 機材名 DCパワーサプライ 参考銘柄①PMX35-3A/菊水電子工業</p>	<p>電圧確度:0.2%以内とのことですが、実力値は問題有りませんが、カタログスペックは±0.2% of setting +0.1% of rating となっております。 電流確度:0.3%以内とのことですが、実力値は問題有りませんが、カタログスペックは±0.3% of setting +0.1% of rating となっております。 こちらの仕様で良いかご確認願います。</p>	<p>機材番号26 DCパワーサプライについて、仕様を以下の通り変更します 【変更前】 電圧確度:0.2%以内 電流確度:0.3%以内 【変更後】 電圧確度:±0.2%以内 電流確度:±0.3%以内</p> <p>ご質問の仕様は上記変更後の仕様を満たしております。</p>
9	P50	<p>輸送条件書 2 輸送条件 機材番号7 機材名 バンドソー 参考銘柄 LB120F/マキタ</p>	<p>参考銘柄のマキタに確認したところ、異電圧製品はメーカー現地代理店による現地渡ししか対応出来ないとの回答を受けております。 輸送条件を日本国内港積み、仕向港ケニア国モンバサ港から”現地仕向地渡し”に変更願います。</p>	<p>機材番号7については、当機構が現地調達することとしたため、本件調達対象から削除します。見積もっていただく必要はありません。</p>
10	P54	<p>2 輸送条件 (1) 船積港</p>	<p>アイテム番号2 CNCミリングマシン(消耗品のうちビット、コレットを除く);米国内港 こちらの商材は本体と消耗品のビット、コレットを含めたすべての商材を米国からの購入、船積でも問題はございませんでしょうか。</p>	<p>消耗品のうちビット、コレットについて、船積港は輸送条件書どおり日本国内港とします。米国内港から直接仕向港への輸送は認められません。</p>
11	P54	<p>2 輸送条件 (1) 船積港</p>	<p>アイテム番号2、5、28以外のアイテムは一度日本に集めてから出荷となりますが、2、5、28以外のアイテムに関して、日本国外で購入して日本へ集荷せずにケニアへの直送は受けて頂けますでしょうか。</p>	<p>アイテム番号2、5、28以外のアイテムは、輸送条件書どおり、船積港は日本国内港とします。ケニアへの直送は認められません。</p>
12	P54	<p>2 輸送条件 (1) 船積港</p>	<p>アイテム番号5、28に関して、南アフリカ、イタリア以外での購入も検討していますが、南アフリカ国内港、イタリア国内港の船積は必須条件でしょうか。</p>	<p>アイテム番号5、28の船積港について、輸送条件書に指定している以外の船積港を認めません。</p>