

質問回答 案件名：エジプト国エジプト日本科学技術大学（E-JUST）プロジェクトフェーズ3向け機材
 本件入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

回答日：2021年10月1日

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 12	機材仕様明細書 機材番号 2 Class II安全キャビネット、タイプ 2A	参考銘柄 1358 Thermo Scientific メーカーの説明によると、型番1358の内装はcoated interiorとなりますが、ステンレスの内装も可能との事（この場合、型番が変更）coated interiorとステンレスの内装どちらが宜しいでしょうか	ステンレス製（型番1348）でお願いします。
2	P. 12	機材仕様明細書 機材番号 2 Class II安全キャビネット、タイプ 2A	参考銘柄 1358 Thermo Scientific メーカーの説明によると、キャビネット内で使用するにはスタンドが必要となりますが、スタンド（オプション品）の供給は必要でしょうか	特別付属品に スタンド（数量）1 を追加します。
3	P. 27	機材仕様明細書 機材番号 13 ボルテックスミキサー Vortex Mixer	参考銘柄 02-216-109 Thermo Scientific 特別付属品 - Tube holder (insert) for 1.5-2.0 ml microtubes - Tube holder (insert) for 15-18 mm diameter tubes - Tube holder (insert) for 26-29 mm diameter tubes メーカーによると要求されている上記の特別付属品は他メーカーのものであり、下記のメーカー純正の付属品に変更することを推奨しています。下記の付属品をお認め願います。 02-216-124（本体に内蔵されている） 02-216-126（FISHER INSERT 15-18 MM TUBE） 02-216-129（FISHER INSERT 26-29 MM TUBE）	02-216-124（本体に内蔵されている） 02-216-126（FISHER INSERT 15-18 MM TUBE） 02-216-129（FISHER INSERT 26-29 MM TUBE） は、入札仕様書で要求している特別付属品 - Tube holder (insert) for 1.5-2.0 ml microtubes - Tube holder (insert) for 15-18 mm diameter tubes - Tube holder (insert) for 26-29 mm diameter tubes として認めます。