

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P10	機材番号 1-1 PID 制御実習装置 PID Training set ① Visinergy	この機材はマレーシアメーカーによるマレーシア製品です。よってマレーシア国内調達をご承認下さい。	機材番号1-1：PID 制御実習装置については、マレーシア国内での現地調達を認めます。その場合、引渡条件は現地指定場所渡となり、引渡場所は以下になります。なお、以下の引渡場所にて納入前検査を行います。 荷受人：University of Malaya (UM) 住所：Faculty of Engineering, Universiti Malaya Jln Profesor Diraja Ungku Aziz, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur TEL：+60 18 219 2531 担当：Noraisyah binti Mohamed Shah (Senior Lecturer)
2	P14	機材番号 1-3 電気化学測定システム Electrochemical Management System 北斗電工	要求仕様に入っている本体にディスプレイ有りのHZ-7000 (HAG1232mP) ですがメーカー曰く、昨今のコロナ禍による半導体等の部品不足に伴い、現状納期が未定で出荷時期の目処が立ちません。 一方で本体にディスプレイの無いHZ-7000 (HAG1232m)の方は余裕があり11月中に発注した場合、引渡期限に間に合うように引き渡しができるとの事です。本体にディスプレイは無いが本体と共に供給される制御・解析用パソコンに接続してそのモニターで見る事が出来ます。よって、本体にディスプレイの無いHZ-7000 (HAG1232m)もご承認下さい。 カタログを添付いたしますのでご参照願います。	HZ-7000 (HAG1232m)を認めます。
3	P21	機材番号 2-4 高性能ノート型パソコン Notebook PC ① Dell	メーカーに聞いたところ 参考銘柄 ① CAAWx17R104JP-Alienware x17 R1の正式モデル名は「CAAWx17R104JP-」を抜いた Alienware x17 R1 とのことです。またプロセッサタイプは 11th Gen Intel® Core™ i7 11800H にてご承認下さい。 当該地域ではCore i9モデルの購入が出来ません。 カタログを添付いたしますのでご参照願います。	「2-4：高性能ノート型パソコン」について、以下の点を販売に確認しました。 ・参考銘柄①の型番は「CAAWx17R104JP-Alienware x17 R1」が正しいです。 ・大学側の使用目的から、プロセッサタイプは「11th Gen Intel® Core™ i7 11800H」は認められず、「10th Generation Intel® Core™ i9-H10980H」です。 よって、ご提案頂いたモデルは承認できません。
4	P21	機材番号 1) 2-4 高性能ノート型パソコン Notebook PC ① (DELL) 2) 3-1 ワークステーション Workstation ① (DELL) 3) 3-2 ディスプレイ Display ①(NEC) 4) 3-3 PTZ カメラ PTZ Camera (SONY) 5) 3-4 AI システム AI System (SONY) 6) 3-5 ビデオスイッチャー Video Switcher 7) 3-6 オーディオミキサー Audio Mixer 8) 3-7 スタジオ・ビデオ・ライト Studio/Video Lights 9) 4-1 産業用ミックスドリアリティデバイス Hololens Industrial Edition 10) 4-2 VR, MR用のパソコン PC for VR and MR ① (DELL) 11) 4-3 VR, MR用のパソコン PC for VR and MR ① (DELL) 12) 4-4 モバイルワークステーション Mobile workstation ② (DELL)	該当アイテムについて 東南アジア諸国向けのメーカー出荷地が日本国外にあります。そこから日本に入れる場合、余分な費用と時間を要します。よって日本出し指定である船積渡しを仕向地渡し（第三国出荷も可）へ変更していただけないでしょうか。	2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7については、第三国調達を認めます。その場合、引渡条件は仕向地渡しとなり、引渡場所は以下になります。なお、以下の引渡場所にて納入前検査を行います。 1) 2-4 高性能ノート型パソコン Notebook PC ① (DELL) 荷受人：Universiti Sains Malaysia (USM) 住所：Laboratories, School of Materials and Mineral Resources Engineering, Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia (USM), 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang, Malaysia TEL：+60 45 996 129 担当：Khairul Anuar bin Shariff (Senior Lecturer) 2) 3-1 ワークステーション Workstation ① (DELL) 3) 3-2 ディスプレイ Display ①(NEC) 4) 3-3 PTZ カメラ PTZ Camera (SONY) 5) 3-4 AI システム AI System (SONY) 6) 3-5 ビデオスイッチャー Video Switcher 7) 3-6 オーディオミキサー Audio Mixer 8) 3-7 スタジオ・ビデオ・ライト Studio/Video Lights 荷受人：Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 住所：Jalan Sultan Yahya Petra 54100 Kuala Lumpur TEL：+603 2203 1517 担当：Ali Selamat (Dean Professor) 9) 4-1 産業用ミックスドリアリティデバイス Hololens Industrial Edition 10) 4-2 VR, MR用のパソコン PC for VR and MR ① (DELL) 11) 4-3 VR, MR用のパソコン PC for VR and MR ① (DELL) 12) 4-4 モバイルワークステーション Mobile workstation ② (DELL) 荷受人：Universiti Putra Malaysia (UPM) 住所：Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia TEL：+60 12 266 1652
5	P25	機材番号 3-2 ディスプレイ Display、モニタスタンド ①	モニタスタンドの銘柄指定品の EYETX-TV5012 は日本国内向け商品です。 当該地域で流通しているモデル AVF1500-50-1Pを提案致します。本モデルは求められている用途を満たしているため、同等品としてご承認下さい。 カタログを添付いたしますのでご参照願います。	AVF1500-50-1Pを認めます。

6	P25	機材番号 3-2 ディスプレイ Display、モニタスタンド ①	参考銘柄: LCD-MA551 55インチディスプレイ タイプ 壁掛型 となっていますが、付属品にモニタースタンドがあるのでモニタースタンドに設置をするという理解で良いでしょうか。	壁掛けも可能な製品ですが、モニタースタンドに設置する機材と御理解ください。
7	P27	機材番号 3-3 PTZ カメラ PTZ Camera	メーカーによると機器に白色と黒色があります。どちらの色を希望されますか。	白色とします。
8	P37	機材番号 4-2 VR・MR用パソコン① ①DELL	参考銘柄 ① Alienware x17 R1 プロセッサタイプは 11th Gen Intel® Core™ i7 11800H にてご承認下さい。当該地域ではCore i9モデルの購入が出来ません。 ご承認を頂きたいモデルのカタログを添付いたしますのでご参照願います。	「2-4: 高性能ノート型パソコン」について、以下の点を販社に確認しました。 ・参考銘柄①の型番は「CAAWx17R104JP-Alienware x17 R1」が正しいです。 ・大学側の使用目的から、プロセッサタイプは「11th Gen Intel® Core™ i7 11800H」は認められず、「10th Generation Intel® Core™ i9-H10980H」です。 よって、ご提案頂いたモデルは承認できません。
9	P38	機材番号 4-3 VR・MR用パソコン② ①DELL	参考銘柄 ① ALIENWARE m17 R4 プラザ メーカーに聞いたところ、参考銘柄 ① ALIENWARE m17 R4 プラザ の当該地域でのモデル名はプラチナを抜いた ALIENWARE m17 R4 となります。また当該地域ではRAM 32GBモデルの選択が出来ずRAM16GBとなります事をご承認下さい。 カタログを添付いたしますのでご参照願います。	「4-3: VR・MR用パソコン②」について、以下の点を販社に確認しました。 ・参考銘柄①の型番は「ALIENWARE m17 R4 プラザ」が正しいです。 ・本機材は本邦調達となりますが、「RAM 32GBモデル」はマレーシアへ出荷可能です。大学側の使用目的から、「RAM16GB」は認められず、「RAM 32GBモデル」として下さい。 よって、ご提案頂いたモデルは承認できません。
10	P42	機材番号 4-6 プラスチック射出成型機 Plastic injection molding machine	【銘柄指定】 TR20VRE SODICK TR20VRE 以下のアイテムはSODICKの機材に関係無い機材なので削除をお願いします。 REMOTE CONTROLLER RY-910PA Battery pack、SB-920P X162 Network relay cable YS-089P7	ご理解のとおり関係ない機材ですので、削除いたします。 【修正前】 REMOTE CONTROLLER RY-910PA Battery pack、SB-920P X162 Network relay cable YS-089P7 【修正後】 修正前の3つを削除
11	P42	機材番号 4-6 プラスチック射出成型機 Plastic injection molding machine	【銘柄指定】 TR20VRE SODICK メーカーによるとコロナ禍による半導体等の部品不足に伴い、納期に時間を要しています。よって早急に注文したとしても納期は2022年3月20日になる予定です。 これでは引渡期限の2022年3月31日までの船積み（船便）には間に合いませんので引渡期限を2022年4月末以降に延期をお願い出来ますでしょうか。	「4-6: プラスチック射出成型機」のみ、引渡期限を2022年4月30日へと延期を可といたします。それ以外の品目については、引渡期限を2022年3月31日のままとします。