

質問回答書

案件名： パラオ国・トンガ国「大洋州地域新型コロナウイルス感染症流行下における遠隔技術を活用した集中治療能力強化プロジェクト」向け機材
 本件入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

回答日：2022年2月10日

| 通番 | 該当頁 | 該当項目 | 質問 | 回答 |
|----|-------|-------------------------|---|--|
| 1 | P. 21 | 輸送条件書（トンガ） 2 輸送条件（1） | (1) 出発地空港：ニュージーランド国内空港（機材番号 1）、及び、オーストラリア国内空港（機材番号 2）（受注者の手配による） となっておりますが、機材番号 1 も出発地空港をオーストラリア国内空港に変更してもよろしいでしょうか。 | オーストラリア国内空港も出発地空港として認めます。（質問3も参照ください） |
| 2 | P. 25 | 輸送条件書（パラオ） 2 輸送条件（1） | (1) 出発地空港：ニュージーランド国内空港（機材番号 1、2）、及び、オーストラリア国内空港（機材番号 3）（受注者の手配による） となっておりますが、機材番号 1、2 も出発地空港をオーストラリア国内空港に変更してもよろしいでしょうか。 | オーストラリア国内空港も出発地空港として認めます。（質問3も参照ください） |
| 3 | P. 01 | 3 競争入札に付する事項(3) | (3) 船積（空）港：ニュージーランド国内空港およびオーストラリア国内空港とありますが、船積（空）港をニュージーランド国内空港またはオーストラリア国内空港のいずれかから選択してもよろしいでしょうか。 | 船積（空）港をニュージーランド国内空港またはオーストラリア国内空港のいずれかとすることを認めます。 |
| 4 | P. 12 | 機材仕様明細（パラオ） | 1. 血液検査測定器 Blood test equipment（HbA1c/CRP） メーカーより仕様用途に書かれていますCRPにつきまして、本アイテムはCRP測定はできないとのこと、用途を「糖尿病の指標であるHbA1c、および体内の炎症反応の指標を測定する装置」としてください。そのほかの仕様は満たしています。 | ご提案のとおり、修正します。 （修正前） 英文機材名：Blood test equipment（HbA1c/CRP） 用途：糖尿病の指標であるHbA1c、および体内の炎症反応の指標であるCRPを測定する装置 （修正後） 英文機材名：Blood test equipment 用途：HbA1c及び尿中アルブミン/クレアチニンを測定 |