

(業務名称) マダガスカル国コメセクター生産性向上及び産業化促進支援プロジェクト向け機材

(公告/公示日: 2022年 1月12日/公告番号: ED21010)

通番	該当頁	該当項目	質問	回答 (2022年1月21日)
1	P.1	購入・輸送・機材リスト 機材番号12 米麦水分計	<p>現地の米の種類について、長粒米がメインと思いますが、短粒種 (JAPONICA) も測定必要でしょうか。長粒米のみ。長粒米及び短粒種かによって選定するモデルが変わってきますのでご確認頂けますでしょうか。</p> <p>また機材の型番に関しまして、ライスタ f が要求とのことですが、メーカー様よりライスタ f は国内向けになるため、同製品の海外向け版を起用したほうが良いのではないかとご提案いただきました。海外向け版の起用を検討していただくことは可能でしょうか。</p> <p>【海外向けと国内向けの違い】 型番: 国内向けはライスタ f、海外向けはfg-512 表記: 国内向けは日本語、海外向けは英語 測定値: 国内向けは農産物検査法に準拠 (短粒米のみ測定)、海外向けは国際基準のISOに準拠 (短粒米に加え長粒米も測定)</p>	<p>・現地には長粒、短粒種の両方あり、ジャポニカのような品種もあります。</p> <p>・機材番号12米麦水分計は、国内向けではなく、海外向けとしてください。よって型番を以下のとおり変更します。</p> <p>変更前: ライスタ f (国内向け) 変更後: fg-512 (海外向け)</p>