

(業務名称) ウズベキスタン国養蚕能力強化専門家携行機材 (ロット2)

(公告/公示日: 2022年9月12日 / 公告番号: ED22005) について、以下のとおり回答いたします。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 7	1. 送風定温乾燥機	東京理化器械/WF0-1202Wは国内仕様のため、海外輸出ができない旨メーカーから回答を得ました。輸出可能な代替機種は、下記の通りとなっておりますので、代替機種によるお見積りをご承認頂けます様お願い申し上げます。代替機種: WF0-1020W	1. 送風定温乾燥機の型番をを以下のとおり変更いたします。 【変更前】・WF0-1202W 【変更後】・WF0-1020W
2	P. 7	1. 送風定温乾燥機	代替機種: WF0-1020Wの電源仕様は、入力電圧: 単相 AC200Vですので、ウズベキスタンの電源仕様に合わせ、変圧器(単相 入力: AC220V / 出力: AC200V)の併用をご承認頂けます様お願い申し上げます。	変圧器(単相 入力: AC220V / 出力: AC200V)調達を承認します。
3	P. 7	送風定温乾燥機 WF0-1202W	東京理化機器に確認したところ、この型番は海外輸出向けに販売していないとのことと近い型式でWF0-1020Wをお勧めされましたが採用は可能でしょうか。可能の場合、適用する棚板の型番も変わるかと思いますのでご確認をお願いします。	1. 送風定温乾燥機の変更後の型番はWF0-1020Wとなり、それに伴い、棚板を以下のとおり変更します。 【変更前】HST-602型 (棚板) 【変更後】HST-520型 (棚板)、HSH-520 型 (棚板支え)