

(業務名称) ブータン国温帯果樹振興プロジェクト向け機材

(公告/公示日: 2022年9月21日/公告番号: ED22003) について、以下のとおり回答いたします。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 7	2. マイクロピペット	DLAB製ピペット「7030201014」につきまして、Web等で検索したところ、日本国内での購入先を見つけることができませんでした。就きましては、DLAB製品を取扱いしている日本国内の業者のモデル(3-7026-08)での提案をご承認頂きたく、代替機種のカatalogを添付お送り致しますので仕様のご確認をお願い申し上げます。弊社にて仕様を確認しました結果、代替機種(3-7026-08)は「7030201014」と同仕様で精度等に違いがないことを確認しております。また、3-7026-08はヘッド部のみオートクレーブ滅菌可能となります。	2. マイクロピペットの代替機種の調達を認めます。 【変更前】 ・型番: 7030201014 【変更後】 ・型番: 3-7026-08
2	P. 7	4. マイクロピペット	DLAB製ピペット「7030201017」につきまして、Web等で検索したところ、日本国内での購入先を見つけることができませんでした。就きましては、DLAB製品を取扱いしている日本国内の業者のモデル(3-7026-10)での提案をご承認頂きたく、代替機種のカatalogを添付お送り致しますので仕様のご確認をお願い申し上げます。弊社にて仕様を確認しました結果、代替機種(3-7026-10)は「7030201017」と同仕様で精度等に違いがないことを確認しております。また、3-7026-10はヘッド部のみオートクレーブ滅菌可能となります。	4. マイクロピペットの代替機種の調達を認めます。 【変更前】 ・型番: 7030201017 【変更後】 ・型番: 3-7026-10
3	P. 9	21. 接ぎ木ナイフ	メーカーに問い合わせた所、『池内刃物 TK010 美貴久』と『みきかじや村 TS014 竹霞』共に納期は注文後5~6ヶ月掛かるとの回答がありました。JICA様のご希望納期が2023年1月31日頃となっておりますが、ご希望納期に間に合わないため、本アイテムの取扱いについてご教示頂きますようお願い申し上げます。	販売元に納期の確認をした結果、希望納期: 2023年1月31日頃に間に合う為納期変更はありません。
4	P. 9	22. 接ぎ木ナイフ(左利き用)	メーカーに問い合わせた所、『池内刃物 TK121 美貴久』と『池内刃物 TK122 美貴久』共に納期は注文後5~6ヶ月掛かるとの回答がありました。JICA様のご希望納期が2023年1月31日頃となっておりますが、ご希望納期に間に合わないため、本アイテムの取扱いについてご教示頂きますようお願い申し上げます。	販売元に納期の確認をした結果、希望納期: 2023年1月31日頃に間に合う為納期変更はありません。