

回答書

(業務名称) 案件名：ウズベキスタン国・日本青年技術革新センター研究能力強化プロジェクト向け機材
 (公告/公示日：2022年12月12日/公告番号：ED22009) について、いただいた下記質問に対して以下のとおり回答いたします。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P.7		番号4. Zebron ZB-FFAP capillary column for acid detection 30m/0.53mm 上記参考銘柄につきましては海外への輸出はできないとのメーカー回答がありました。 つきましてはこの参考銘柄を機材リストから削除お願いできますでしょうか。	承知いたしました。当機材は削除させていただきます。併せて、添付の通り修正した機材明細を掲載します。
2	P.7	購入・輸送 機材リスト 機材番号：4	購入・輸送 機材リストの備考欄に「大成理化学様が島津GLC機器の輸出可能の許可を得た(2022/9/1現在)」と記載されておりますが、本アイテムはアメリカメーカー製品であるため大成理化学及び島津GLCに確認しましたところECCN番号の確認が出来ず、且つ海外向けの見積協力ができないとの回答を得ました。したがって、本アイテムを削除して頂きます様お願い致します。	「番号4. Zebron ZB-FFAP capillary column for acid detection 30m/0.53mm」についてと理解いたしました。削除させていただきます。併せて、添付の通り修正した機材明細を掲載します。
3	P.7		番号5. マイクロパッドカラム MICROPACKED-ST 2.0m/1.0mm 上記参考銘柄につきましては海外への輸出はできないとのメーカー回答がありました。 つきましてはこの参考銘柄を機材リストから削除お願いできますでしょうか。	承知いたしました。当機材は削除させていただきます。併せて、添付の通り修正した機材明細を掲載します。
4	P.7	購入・輸送 機材リスト 機材番号：5	購入・輸送 機材リストの備考欄に「大成理化学様が島津GLC機器の輸出可能の許可を得た(2022/9/1現在)」と記載されておりますが、大成理化学及び島津GLCに確認しましたところ輸出のための見積協力ができないとの回答が御座いましたので、本アイテムを削除して頂きます様お願い致します。	「番号5. マイクロパッドカラム MICROPACKED-ST 2.0m/1.0mm」についてと理解いたしました。削除させていただきます。併せて、添付の通り修正した機材明細を掲載します。

